



Pytanie nr 1 z dnia 24.05.2021 r.

Pytanie. dot. Część 1: Urządzenie czyszcząco-pielęgnujące

Zamawiający jako minimalne wymagane parametry techniczne wymaga aby urządzenie wyposażone zostało w "Radialną falę uderzeniową". Taki rodzaj terapii stosowany jest w fizjoterapii, jako terapia przeciwbólowa i regeneracyjną, z uwagi na swoją specyfikę nie jest to zabieg rekomendowany do wykonywania w okolicy twarzy. Z opisu urządzenia wynika iż ma być ono stosowane do zabiegów typowo kosmetycznych na twarz. W związku z powyższym kierujemy pytanie czy nie doszło do pomyłki w nazwie i czy Zamawiający nie miał na myśli innej głowicy o innej funkcjonalności np. z falą radiową?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje treść specyfikacji technicznej. Urządzenie stanowiące przedmiot zamówienia musi zapewnić możliwość wykonywania zabiegów co najmniej falą radiową oraz falą uderzeniową.